



OSVEDČENIE O ÚČASTI V MEDZILABORATÓRNO POROVNÁVACOM MERANÍ

KALIBRÁCIA VÝDAJNÝCH STOJANOV NA PHM

MLPM: SLM 13/11

Organizované v súlade s: požiadavkami medzinárodnej normy
ISO/IEC 17043: 2011 Conformity assessment. General requirements
for proficiency testing a smernicou MSA L/08


Termín merania: 12.4.2011

Účastník: Slovenská legálna metrológia, n. o., Metrologické pracovisko
Košice, Zemplínska 46, Košice

Hodnotenie účastníka:

Podiel uspokojivých výsledkov u účastníka MLPM
na základe kritéria normalizovanej odchýlky ($E_n < 1$) je 100 %

V Banskej Bystrici dňa 13. 06. 2011


Ing. Jana Kováčová
riaditeľka odboru metrológie